

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de calibración de materiales y equipos de los Laboratorios pertenecientes a las secciones de Toxicología, Química y Genética Forense del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Panta Central
CPC Y DESCRIPCIÓN	83111 - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION GENERAL 831110952 - SERVICIOS DE LABORATORIOS DE CALIBRACION
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE CIENCIAS FORENSES
FECHA:	27 de abril de 2022

El oferente deberá sujetarse de manera obligatoria a las consideraciones técnicas establecidas por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual contempla la contratación:

Canti dad de instru ment os	Patrón/ instrumento	Capacidad Máxima o Rango de Medición del Fabricante	Rango o puntos de calibración requeridos	Resolución (Mínima División de Escala)	Clase de exactit ud del patrón / instru mento	Marca	Modelo
LABORATORIO DE TOXICOLOGIA QUITO							
1	Balones volumétricos	1000 ml	Medida de un solo trazo	1000 ml	A	LMS	NS24
1	Balones volumétricos	500 ml	Medida de un solo trazo	500 ml	A	PYREX	5640
1	Balones volumétricos	250 ml	Medida de un solo trazo	250 ml	A	PYREX	5640
3	Balones volumétricos	100 ml	Medida de un solo trazo	100ml	A	GLASSCO	NS 14/23
2	Balones volumétricos	50 ml	Medida de un solo trazo	50ml	A	LMS	NS 12/21
2	Balones volumétricos	25 ml	Medida de un solo trazo	25ml	A	LMS	NS 10//19
10	Balones volumétricos	10 ml	Medida de un solo trazo	10ml	A	LMS	NS 7/16
1	Micropipeta Graduada	0,5 ul a 10 ul	Volumen variable	0,1 ul	---	SARTORI US	Un solo canal
2	Micropipeta Graduada	100 ul a 1000 ul	Volumen variable	0,1 ul	---	SARTORI US	Un solo canal
1	Micropipeta Graduada	1 ml a 5 ml	Volumen variable	0,1 ul	---	SARTORI US	Un solo canal
2	Micropipeta Graduada	10 ul a 100 ul	Volumen variable	0,05 ml	---	SARTORI US	Un solo canal
12	Termohigrómetro digital	Medida de varios trazos	1°C	----	BIO TEMP/EL C	Thermo-Hygro meter
1	Balanza analítica	Hasta 200 g	Medida de varios trazos	0.01 g	----	OHAUS	EX224

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1	Balanza granataria	Hasta 3100 g	Medida de varios trazos	0.01 g	-----	OHAUS	Pioneer PA3102
LABORATORIO DE GENÉTICA QUITO							
3	pipeta automática	0,1 - 2,5 ul	volumen	0,1 - 2,5 ul	A/K	Eppendorf research	N/A
4	pipeta automática	2 - 20 ul	volumen	2 - 20 ul	A/K	Eppendorf research	N/A
5	pipeta automática	20 -200 ul	volumen	20 -200 ul	A/K	Eppendorf research	N/A
5	pipeta automática	100 - 1000 ul	volumen	100 - 1000 ul	A/K	Eppendorf research	N/A
1	Termohigrómetro digital	Medida de varios trazos	1°C	-----	Dwyer instruments	GDL 1.01
10	Termómetros digitales	de -50°C a 300°C	Medida de varios trazos	1°C	-----	Thomas scientific	thermometer
1	Incubadora mixer	velocidad: 900rpm Temperatura: 99,5°C Tiempo: indefinido	temperaturas: 56 °C y 70 °C velocidades: 750rpm y . 900rpm)	1° C de temperatura 10 rpm de velocidad	---	Labnet	Vortem
1	ThermoMixer	velocidad: 1500rpm Temperatura: 90°C	temperaturas: 56 °C y 70 °C velocidades: 750rpm y . 1100rpm)	1° C de temperatura 50 rpm de velocidad	---	Eppendorf	Eppendorf® ThermoMixer® F1.5
1	Balanza Analítica	hasta 200g	Medida de varios trazos	0,1mg	---	Discovery	OHAUS DISCOVERY DV214C
1	termocicladores	hasta 100°C	temperaturas: 4°C, 59°C, 60°C, 61,5°C, 62°C, 94°C, 95°C	1°C	---	Applied Biosystems	Gene Amp 9700
1	termocicladores	hasta 100°C	temperaturas: 4°C, 59°C, 60°C, 61,5°C, 62°C, 94°C, 95°C	1°C	---	Applied Biosystems	Gene Amp 9700
1	termocicladores	hasta 100°C	temperaturas: 4°C, 59°C, 60°C, 61,5°C, 62°C, 94°C, 95°C	1°C	---	Applied Biosystems	Gene Amp 9700

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1	termociclador proflex	hasta 100°C	temperatura s: 4°C, 59°C, 60°C, 61,5°C, 62°C, 94°C, 95°C	1°C	---	Applied Biosystems	Proflex
LABORATORIO DE QUIMICA QUITO							
1	Balanza Analítica	peso: 220 g	peso: 0,1mg-220g	peso:0.1mg	I ESPECI AL	OHAUS	EX224
1	Balanza de precisión	peso: 400g	peso: 0,01g	peso:0,01g	II ALTA	METTLER TOLEDO	H82581
1	Balanza de plataforma	peso: 150Kg	peso:0,02 kg	peso:0,4 Kg	III MDEIA	METTLER TOLEDO	IND221
1	Balones aforados	100 ml	Medida de un solo trazo	100 ml	A	LMS	NS 12
1	Balones aforados	50 ml	Medida de un solo trazo	50ml	A	GLASSCO	NS 12/21
1	Balones aforados	25 ml	Medida de un solo trazo	25 ml	A	GLASSCO	NS 10/19
1	Balones aforados	10 ml	Medida de un solo trazo	10 ml	A	GLASSCO	NS 10/19
1	Balones aforados	5 ml	Medida de un solo trazo	5 ml	A	C	NS 10/19
1	Pipeta automática	2000 ul	Volumen fijo	0,1	SARTORI US	722050
1	Micropipeta automática	100 - 1000ul	Volumen variable	01 ul		GLASSCO	344691/34693
1	Micropipeta automática	10 - 100 ul	Volumen variable	0,05 ml	GLASSCO	334656
1	Alcoholímetro	°GL	0-100	1	CARTIER
1	Termohigrómetro	Medida de varios trazos	1°C	BIO TEMP	Thermo-Hygrometer
1	pipeta volumétrica	1ml	Medida de un solo trazo	1ml		
1	pipeta volumétrica	2ml	Medida de un solo trazo	2ml		

Lugar de entrega:

- Quito: SNMLCF- Planta Central. Av. Mariana de Jesús N21-30 y Av. Occidental.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Ing. Tatiana Macías
TELÉFONO DE CONTACTO:	0995349900
CORREO ELECTRÓNICO:	compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec , o snmlcf.proformas@gmail.com , o snmlcf.proformas@outlook.com o entregar físicamente las proformas en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Occidental (cuarto piso).

CARACTERÍSTICAS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la prestación de servicios, **hasta el 29 de abril de 2022 a las 17:00 horas.**

REQUISITOS DE LA PROFORMA

La proforma debe, de forma obligatoria, contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma
SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
RUC: 1768187190001
DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. OCCIDENTAL).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los bienes/ servicios
Corresponde a los componentes técnicos del bien/servicio), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: (detallar su plazo de entrega).
- Forma de pago: (contra entrega)
- Vigencia de la oferta: **90 días**
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento (nivel 5 y nivel 9).

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA PROFORMA

- Copia de RUC.
- Copia de RUP.

Elaborado por:

Ing. Tatiana Macías
Analista Administrativo 2

Revisado por:

Mgs. Cristian Salgado Ortega
Coordinador Técnico de Servicios de Ciencias Forenses