

CARACTERÍSTICAS ADQUISICIÓN DE BIENES

DATOS GENERALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Kits técnico de luces para análisis en la escena y laboratorio para el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
CPC Y DESCRIPCIÓN	CINCO DIGITOS: 46510 LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO NUEVE DIGITOS: 465100311 LAMPARAS DE RAYOS ULTRAVIOLETA O INFRARROJOS: LAMPARAS DE LUZ NEGRA, TUBOS DE RAYOS INFRARROJO Y ULTRAVIOLETA, ETC.
UNIDAD REQUERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE CIENCIAS FORENSES
FECHA:	18 de agosto de 2022

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO: ADQUISICIÓN DE BIENES				
ITEM	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	LUGAR DE RECEPCIÓN
1	KITS DE LUCES FORENSES	<p>MALETÍN DE TRANSPORTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Maletín de transporte en colores negro, gris o azul Compartimento principal apertura ajustable hasta 180 grados Mínimo 5 acoples para luces Material Nylon resistente al agua de al menos doble capa <p>LUZ ULTRAVIOLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: mínimo 6,0" de largo x 1,4" de diámetro (15,25 cm x 3,6 cm) Construcción: Aluminio anodizado Batería incluida de iones de litio LED: un LED UV de onda larga de al menos 1 vatio (365 nm) Interruptor: botón de encendido/apagado <p>LUZ AZUL</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensiones: mínimo 6,0" de largo x 1,4" de diámetro (15,25 cm x 3,6 cm) Construcción: Aluminio anodizado Batería incluida de iones de litio LED: un LED UV de onda larga de al menos 1 vatio (455 nm) Interruptor: botón de encendido/apagado 	35	Pichincha, Quito, Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Mariscal Sucre

CARACTERÍSTICAS ADQUISICIÓN DE BIENES

		<p>LUZ BLANCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: mínimo 6,0" de largo x 1,4" de diámetro (15,25 cm x 3,6 cm) • Construcción: Aluminio anodizado • Batería incluida de iones de litio • LED: un LED UV de onda larga de al menos 1 vatio • Interruptor: botón de encendido/apagado <p>LINTERNA INFRARROJA PROFESIONAL 940 NM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: mínimo Longitud: 5,7" (144 mm), Cuerpo: 1,3" (33 mm), Cabeza: 1,1" (28 mm) • Distancia máxima del haz: 50 m (Luz puntual de hasta 200 yardas, Luz de inundación de hasta 150 yardas) • Modo alto: mínimo 850nm x 4 horas --- -- 940nm x 4 horas • Construcción: Aluminio anodizado • No estroboscópica • Batería incluida de iones de litio • Interruptor: botón de encendido/apagado <p>FUENTE LUZ VISIBLE 530 NM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de luz visible: 530nm • Dimensiones: mínimo 5,25" x 1,28" de diámetro. (13,3 cm x 3,25 cm de diámetro) • Construcción: Aluminio mecanizado • Interruptor: Pulsador o botón de encendido/apagado • LED: de al menos 3 vatios; mínimo +50.000 horas vida • Baterías incluidas (2) de iones de litio <p>MINI TRÍPODE TÁCTICO FLEXIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivel para posicionamiento • Posee columna dentada • Tres patas • Puntas de goma • Gancho y acople para sujetar peso • Material: Rígido flexible • Altura máxima: 21 cm • Altura mínima: 9 cm • Peso máximo 1120 gramos 		
--	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS ADQUISICIÓN DE BIENES

	<p>DIFUSOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Goma • Lente endurecido con revestimiento antirreflejante <p>CARGADOR MÚLTIPLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cargador para baterías de mínimo 3,7 V • Capacidad mínima para 3 baterías de 3,7 V • Luz indicadora de nivel de carga con mínimo 3 niveles de indicador • Cable alimentador <p>KIT DE FILTROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gafa con mínimo 5 filtros cambiables o fijos que incluya naranja y rojo • Filtro de barrera portátil color naranja 		
--	---	--	--

Se solicita garantía técnica de un (01) año por defectos de fábrica que incluya la reposición total del equipo

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Ing. Tatiana Macías
TELÉFONO DE CONTACTO:	0995349900
CORREO ELECTRÓNICO:	compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec , snmlcf.proformas@gmail.com , o snmlcf.proformas@outlook.com o entregar físicamente las proformas en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Occidental (cuarto piso).

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la adquisición de bienes, **hasta el 22 de agosto de 2022 a las 15:00 horas.**

Requisitos de la proforma

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- **Destinatario de la proforma**
 - SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
 - RUC: 1768187190001
 - DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. OCCIDENTAL.

CARACTERÍSTICAS ADQUISICIÓN DE BIENES

- Ruc del proveedor.
- **Descripción de los bienes**
 - descripción debe corresponder a los componentes técnicos del bien/servicio), cantidad, precio unitario, valor total.
- Plazo de entrega: (detallar el plazo de entrega).
- Forma de pago: (detallar la forma de pago)
- Vigencia de la oferta: **90 días**
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC.
- Copia de RUP.
- Fichas Técnicas

Elaborado por:

Ing. Tatiana Macías
Analista Administrativo 2

Revisado por:

Mgs. Cristian Salgado
**Coordinador Técnico de Servicios de
Ciencias Forenses**