

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 28

DATOS GENERALES	
<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
<b>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b>	REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TANATOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LAS SALAS DE AUTOPSIAS A NIVEL NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
<b>CPC</b>	<b>CINCO DIGITOS:</b> 87159 <b>NUEVE DIGITOS:</b> 871591411
<b>DESCRIPCIÓN DEL CPC</b>	<b>CINCO DIGITOS:</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. <b>NUEVE DIGITOS:</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
<b>UNIDAD REQUIERENTE:</b>	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
<b>FECHA:</b>	16 de septiembre del 2022

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
TIPO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS****CENTRO FORENSE ZONAL 1 - ESMERALDAS**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de grifería en general (grifos mezcladores, succionadores y mangueras). - Cambio de manguera de desagüe.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
		Batería sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 28

2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1	Isla Luis Vargas Torres, junto al Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cantón Esmeraldas
		- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras)		
		- Cambio de manguera de desagüe.		
		- Arreglo de tarjeta electrónica, adecuación y reubicación contra fluidos.		
		- Cambio de baterías del sistema de elevación.		
<b>REPUESTOS</b>				
	-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1		
	- Batería sistema de elevación.	2		
	-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1		
3	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1	Isla Luis Vargas Torres, junto al Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cantón Esmeraldas
		- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras)		
		- Cambio de manguera de desagüe.		
		- Arreglo y remplazo de estructura en la bancada por oxidación		
		- instalación de Switch de activación para circuito eléctrico.		
		<b>REPUESTOS</b>		
	-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1		
	-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1		
	-Switch de activación para circuito eléctrico.	1		
	-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1		
4	Lámpara Cielíticas	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1	Isla Luis Vargas Torres, junto al Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cantón Esmeraldas
		- Cambio de cable VGA (15 metros)		
		- Recableado por sistema instalado.		
<b>REPUESTOS</b>				
	Cable VGA 15 metros	1		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 28

5	Lámpara Cielíticas	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cable VGA (15 metros)	
		- Recableado del sistema instalado.	
		- Arreglo de DVR revisión y puesta en funcionamiento en laboratorio (Fuente de poder, mainboard)	
<b>REPUESTOS</b>			
		-Cable VGA 15 metros	1
		-Kit de reparación - Elementos averiados de DVR (Fuente de poder, mainboard).	1
6	Cámara Frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
7	Cámara Frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
8	Cámara Frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 28

9	Cámara Frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada  -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
10	Cámara Frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada  -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
11	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada  -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
12	Carrito Elevador	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de baterías  - Cambio de cable de poder  - Cambio de transformador para carga de baterías.  - Cambio de topes de sujeción de cadáveres	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Baterías 12,5v	2
		-Cable de poder 110-120v	1
		-Transformador de batería 120v a 12,5v 60hz.	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 5 de 28

-Topes de seguridad grillo según medidas

5

**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - PLANTA CENTRAL QUITO**

ITEM	EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesas de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras). - Cambio de manguera de desagüe. -Cambio de eje rotor de triturador de sedimentos.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
		-Batería sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Eje rotor Inox según especificación.	1	
2	Mesas de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras) - Cambio de manguera de desagüe. -Cambio de eje rotor de triturador de sedimentos	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Eje rotor Inox según especificación	1	
3	Mesas de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras) - Cambio de manguera de desagüe. -Cambio de eje rotor de triturador de sedimentos	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 6 de 28

		- Batería sistema de elevación	2	Av. Mariana de Jesús y Av. Occidental. sector La Granja, cantón Quito
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Eje rotor Inox según especificación	1	
4	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de focos quemados.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		Foco 24v led	4	
5	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Reestructuración de cableado interno de lámpara.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cable UTPS con aislamiento total (mts).	5	
6	Camilla Transportador a de cadáveres	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de llantas y garrochas. -Habilitación sistema de frenado.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Llantas con garrochas.	4	
7	Camilla Transportador a de cadáveres	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de llantas y garrochas. -Habilitación sistema de frenado.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Llantas con garrochas.	4	
8	Camilla Transportador a de cadáveres	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de llantas y garrochas -Habilitación sistema de frenado.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Llantas con garrochas.	4	
9	Camilla Transportador a de cadáveres	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> -Cambio de llantas y garrochas. -Habilitación sistema de frenado.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 7 de 28

		-Llantas con garrochas.	4
10	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1
		-Cambio de llantas y garrochas.	
		-Habilitación sistema de frenado.	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Llantas con garrochas.	4
11	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
12	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada.	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
13	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada.	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 8 de 28

14	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr)	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1	

**OFICINA TÉCNICA FORENSE - SANTO DOMINGO**

ITEM	EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		Av. Río Toachi y Catacocha. Sector ECU 911, cantón Santo Domingo
		- Corrección y restructuración de bancada.	1	
		-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras).		
		-Cambio de Manguera de desagüe.		
		-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
<b>REPUESTOS</b>				
		Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
		-Batería sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1	
2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		-Corrección y restructuración de bancada	1	
		-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras)		
		-Cambio de Manguera de desagüe.		
-Cambio de baterías del sistema de elevación.				
<b>REPUESTOS</b>				
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación.	2	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 9 de 28

		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente	1	
3	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura de brazos de lámpara.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr)	10	
4	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura de brazos de lámpara.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		- Pintura grado sintético (mtr)	10	
5	Camilla Transportadora de cadáveres	Trabajos a realizar: -Instalación de repuesto de frenos de garrucha.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Freno de pata cuadrada encauchada	2	

**OFICINA TÉCNICA FORENSE - QUEVEDO**

ITEM	EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras) - Cambio de manguera de desagüe. -Cambio de eje rotor de triturador de sedimentos.	1	Av. Álamos y Ayacucho junto al cementerio general, cantón Quevedo
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería 12 voltios sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 10 de 28

2	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr)	5
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1

**CENTRO FORENSE ZONAL 4 - MANTA**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR</b>	1	
		- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras)		
		- Cambio de manguera de desagüe.		
		- Arreglo y remplazo de estructura en la bancada por oxidación.		
		-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Baterías 12 voltios sistema de elevación.	2	
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente	1	
2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>	1	
		- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras)		
		- Cambio de manguera de desagüe.		
		- Arreglo y remplazo de estructura en la bancada por oxidación.		
		-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 11 de 28

		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	Av. 223 y calle 307, sector Urbirrios, junto al Registro Civil de Manta, cantón Manta
		-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2	
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente	1	
3	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		Cinta rubatex (mtr)	5	
		Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1	
4	Cámara frigorífica	Trabajos a realizar: - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr).	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	
5	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario ) -Corrección de fuga en ingreso de serpentín.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr)	5	
		-Kit de reparación de fugas	1	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1	
6	Carrito Elevador	Trabajos a realizar: -Corrección de pintura integral en estructura.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 12 de 28

		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
7	Camilla Transportadora de cadáveres	Trabajos a realizar:	1	
		-Instalación de repuesto de frenos de garrucha.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		Freno de pata cuadrada encauchada	2	
8	Camilla Transportadora de cadáveres	Trabajos a realizar:	1	
		-Instalación de repuesto de frenos de garrucha.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		Freno de pata cuadrada encauchada	2	

**CENTRO FORENSE ZONAL 5 Y 8 GUAYAQUIL – LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES**

ITEM	EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Camilla transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	Av. Rodríguez Bonín y Av. Barcelona, catón Guayaquil
		-Corrección de pintura integra de estructura		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético	1	

**OFICINA TÉCNICA FORENSE - MACHALA**

ITEM	EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
		-Arreglo de módulo de elevación.		
		-Corrección y restructuración de bancada.		
		-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras).		
		-Cambio de Manguera de desagüe.		
		-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
<b>REPUESTOS</b>				
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Baterías de 12 voltios sistema de elevación.	2	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 13 de 28

		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	Ciudadela San Ramón MZ. SR4. Solar 1A, vía a Balosa, a un costado del cementerio municipal, cantón Machala
2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
		-Cambio de control de doble accionamiento para sistema de elevación		
		-Corrección y restructuración de bancada		
		-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras)		
		-Cambio de Manguera de desagüe		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
		-Baterías de 12 voltios sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
3	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
		-Cambio de transformar de 110v a 24v 60hz.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Transformador 110v a 24v 60hz	1	
4	Lámpara Cielítica	Trabajos a realizar:	1	
		- Cambio de cable VGA (15 metros)		
		- Recableado por sistema instalado.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cable VGA 15 metros.	1	
5	Carrito Elevador	Trabajos a realizar:	1	
		-Corrección de pintura integra en estructura.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
6	Camilla Transportadora de cadáveres	Trabajos a realizar:	1	
		-Corrección de pintura integra en estructura.		
		-Aplicación détox.		
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 14 de 28

		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
		-Détox Gal	1	

**CENTRO FORENSE ZONAL 7 - LOJA**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	A	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
			-Cambio de control de doble accionamiento para sistema de elevación.		
			-Corrección y restructuración de bancada.		
			-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras).		
			-Cambio de Manguera de desagüe.		
			-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
			<b>REPUESTOS</b>		
			-Módulo de elevación (tarjeta electrónica).		
-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1				
-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2				
-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1				
-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1				
2	Mesa de Autopsia		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
			-Cambio de control de doble accionamiento para sistema de elevación.		
			-Corrección y restructuración de bancada		
			-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras)		
			-Cambio de Manguera de desagüe.		
			-Cambio de baterías del sistema de elevación.		
<b>REPUESTOS</b>					
-Módulo de elevación (tarjeta electrónica )	1				
-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1				
-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2				

Av. Éxodo de Yangana, vía Malacatos. Sector Capulí, a una cuadra del Jardín Botánico de la Universidad de Nacional de Loja, cantón

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 15 de 28

		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	Loja
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1	
3	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras) -Cambio de Manguera de desagüe. -Cambio de baterías del sistema de elevación.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
4	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura de brazos de lámpara.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr)	10	
5	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Cambio de cable de alimentación entrada a transformador.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cable de poder	1	
6	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura integra en estructura. -Aplicación détox	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
		-Détox Gal	1	
7	Camilla Transportador de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura integra en estructura -Aplicación détox	1	
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 16 de 28

		-Pintura grado sintético (mtr)	12
		-Détox Gal	1
8	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de baterías. - Cambio de cable de poder. - Cambio de transformador para carga de baterías. - Cambio de topes de sujeción de cadáveres.	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Baterías 12,5v	2
		- Cable de poder 110-120v.	1
		-Transformador de batería 120v a 12,5v 60hz.	1
		-Topes de seguridad Grillon Según medidas	5
9	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
10	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 17 de 28

11		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
12	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
13	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
14	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 18 de 28

**CENTRO FORENSE ZONAL - 3 AMBATO**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección y restructuración de bancada. -Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras) -Cambio de Manguera de desagüe. -Cambio de baterías del sistema de elevación.	1	Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F. Antes del camal del GAD-AMBATO, cantón Ambato
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente.	1	
		-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección y restructuración de bancada -Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras) -Cambio de Manguera de desagüe. -Cambio de baterías del sistema de elevación.	1	Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F. Antes del camal del GAD-AMBATO, cantón Ambato
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Material para estructura de bancada de iguales características a la existente	1	
		-Baterías de 12 voltios del sistema de elevación.	2	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
3	Lámpara Cielítica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Cambio de transformador de 110v a 24v 60hz.	1	Parque industrial, sector El Pisque, barrio Amazonas, Av. 4 y calle F. Antes del camal del GAD-AMBATO, cantón Ambato
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Transformador 110v a 24v 60hz.	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 19 de 28

4	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario ) -Corrección de fugas en tubería de cobre.	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Kit de reparación de fugas	1
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
5	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario ) -Reparación de circuito de refrigeración sin filtro deshidratador.	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Kit de reparación de fugas.	1
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
		-Filtro deshidratador 1/4"-1/4"	1
6	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
7	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura integra en estructura -Aplicación détox	1
		<b>REPUESTOS</b>	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 20 de 28

		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
		-Détox Gal	1	
8	Camilla Trasportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>		
		-Corrección de pintura integra en estructura	1	
		-Aplicación détox		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr)	12	
		-Détox Gal	1	

**UNIDAD TÉCNICA DE PATOLOGÍA - RIOBAMBA**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	A	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Cámara frigorífica		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>		Av. 9 de Octubre y España, cantón Riobamba
			- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	1	
			-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario )		
			<b>REPUESTOS</b>		
			-Cinta rubatex (mtr).	5	
			-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1	
2	Cámara frigorífica		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>		Av. 9 de Octubre y España, cantón Riobamba
			- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada.	1	
			-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario).		
			-Reestructuración de cuadro de control.		
			<b>REPUESTOS</b>		
			-Cinta rubatex (mtr)	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1		
		-Contactor de 25A.	1		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 21 de 28

3	Carrito elevador	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1
		- Cambio de baterías.	
		- Cambio de cable de poder	
		- Cambio de transformador para carga de baterías.	
		- Cambio de topes de sujeción de cadáveres.	
		<b>REPUESTOS</b>	
-Baterías 12,5v	2		
- Cable de poder 110-120v	1		
-Transformador de batería 120v a 12,5v 60hz	1		
-Topes de seguridad Grillon Según medidas	3		

**CENTRO FORENSE ZONAL 6 - CUENCA**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	A	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Mesa de Autopsia		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
			- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras).		
			- Cambio de manguera de desagüe.		
			- Cambio de baterías del sistema de Elevación.		
			<b>REPUESTOS</b>		
-Juego de grifos mezcladores y mangueras.	1				
-Batería sistema de elevación	2				
-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en Sistemas hidrosanitarios.	1				
	Mesa de Autopsia		<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	1	
			-Arreglo de módulo de elevación.		
			-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras)		
			-Cambio de Manguera de desagüe		
- Cambio de baterías del sistema elevación					
<b>REPUESTOS</b>					

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 22 de 28

2		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	Av. General Escandón, quinta balsa, atrás del estadio de la liga, cantón Cuenca
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería 12 voltios del sistema de elevación.	2	
		<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		- Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras)	1	
		- Cambio de manguera de desagüe.		
		- Cambio de baterías del sistema de elevación.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación	2	
3	Mesa de Autopsia	-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada.	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr).	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	
4	Cámara frigorífica	- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario).		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr)	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	
5	Cámara frigorífica	- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario).		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr)	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 23 de 28

6	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada. -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario).	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
7	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
8	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario)	1
9	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 24 de 28

		-Cinta rubatex (mtr).	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	
10	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Corrección de pintura integra en Estructura. -Aplicación détox	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Pintura grado sintético (mtr).	12	
		-Détox Gal-	1	

**OFICINA TÉCNICA FORENSE – LAGO AGRIO**

ITEM	EQUIPO INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	LUGAR D ENTREGA
1	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de grifería en general (grifos mezcladores y mangueras). - Cambio de manguera de desagüe. - Cambio de baterías del sistema de Elevación.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación.	2	
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
2	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> -Arreglo de módulo de elevación. -Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras). -Cambio de Manguera de desagüe - Cambio de baterías del sistema de Elevación.	1	
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 25 de 28

		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	Vía San Vicente KM 3 1/2, a lado del nuevo cementerio de Nueva Loja, cantón Nueva Loja
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación	2	
3	Mesa de Autopsia	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		-Arreglo de módulo de elevación		
		-Cambio de grifería (grifos mezcladores y mangueras)	1	
		-Cambio de Manguera de desagüe		
		- Cambio de baterías del sistema de Elevación.		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Manguera de desagüe, corrugada, flexible para uso en sistemas hidrosanitarios.	1	
		-Juego de grifos mezcladores y mangueras	1	
		-Batería sistema de elevación	2	
4	Cámara frigorífica	<b>TRABAJOS A REALIZAR:</b>		
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada.	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)		
		<b>REPUESTOS</b>		
		-Cinta rubatex (mtr).	5	
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1	
5	Cámara frigorífica	Trabajos a realizar:		
		- Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada	1	
		-Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)		
		<b>REPUESTOS</b>		

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 26 de 28

		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
6	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
7	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
8	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr)	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
9	Cámara frigorífica	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b> - Cambio de cinta rubatex en tramos de tubería desgastada -Chequeo de presiones de alta y baja (Carga de refrigerante de ser necesario)	1

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 27 de 28

		<b>REPUESTOS</b>	
		-Cinta rubatex (mtr).	5
		-Refrigerante 24lbs (de ser necesario).	1
10	Carrito Elevador	Trabajos a realizar:	
		- Cambio de baterías	1
		-Cambio de servo motores	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Baterías 12,5v.	2
		-Cable de poder 110-120v.	1
		-Servo-motores.	2
11	Camilla Transportadora de cadáveres	<b>TRABAJO A REALIZAR:</b>	
		-Corrección de pintura integra en estructura.	1
		-Aplicación détox.	
		<b>REPUESTOS</b>	
		-Pintura grado sintético (mtr).	12
		-Détox Gal	1

- Los trabajos ejecutados en los equipos de Tanatología y Patología de las salas de autopsias a nivel nacional contarán con una garantía técnica por parte del contratista, que será de 12 meses en caso de repuestos y 6 meses en mano de obra.
- Los trabajos deberán ser realizados previa coordinación y cronograma con el/la administrador/a del contrato y se ejecutarán en los lugares antes descritos.

**INFORMACIÓN DE CONTACTO**

<b>RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:</b>	Ing. Jaime Haro Fernández
<b>TELÉFONO DE CONTACTO:</b>	0994014634
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec">compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec</a> , o <a href="mailto:snmlcf.proformas@gmail.com">snmlcf.proformas@gmail.com</a> , o <a href="mailto:snmlcf.proformas@outlook.com">snmlcf.proformas@outlook.com</a> o entregar físicamente las proformas en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Antonio José de Sucre (cuarto piso).



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

**Código:** SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

**Versión:** 1.0

**Fecha:** 11/07/2022

**Página 28 de 28**

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, **hasta las 17h00 del 20 de septiembre de 2022.**

**Requisitos de la proforma:**

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión
- Número de proforma
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE)
- Ruc del proveedor
- Descripción de los servicios a contratar (la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante), cantidad, precio unitario y valor total
- Código CPC nivel 9
- Plazo de entrega: 45 días contados a partir de la notificación del anticipo
- Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega
- Vigencia de la oferta: 90 días
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.

**Documentos que debe adjuntar a la proforma:**

- Copia de RUC
- Copia de RUP

**Elaborado por:**

---

Ing. Jaime Haro Fernández  
**Analista de Mantenimiento General**

**Aprobado por:**

---

Abg. Edy Xavier Pérez Paz  
**Coordinador Técnico de Servicios de Medicina Legal**