

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 1 de 5

DATOS GENERALES

ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE PATOLOGÍA FORENSE RIOBAMBA
CPC A NIVEL 5	87159
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
CPC A NIVEL 9	871591411
DESCRIPCIÓN DEL CPC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.
UNIDAD REQUIERENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
FECHA:	16 de agosto de 2023

EQUIPO A INTERVENIR	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	CANTIDAD REQUERIDA	CIUDAD
Cámara de conservación de cadáveres. Serie: S/S. Modelo: CAJN2428Z BR.	Trabajos a realizar: <ul style="list-style-type: none"> Montaje e instalación de dos cámaras frigoríficas (nuevas) incluye instalación de paneles modulares, módulo condensador, modulo evaporador, motor compresor, instalación de tuberías del sistema, sistema eléctrico y sistemas de control de las cámaras frigoríficas en la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba. Puesta en óptimo funcionamiento de las cámaras frigoríficas. 	2	RIOBAMBA -ECUADOR Av. 9 de Octubre entre Juan Larrea y Cristóbal Colon.
Cámara de conservación de cadáveres Nro. 01. Serie: 18G021007584J6301 1211. Modelo: CAJN2428Z BR.	Trabajos a realizar: <ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de la cámara frigorífica Nro. 01 incluido paneles modulares (ancho: 1.10cm, alto: 2.30cm, fondo: 2.40 cm), modulo condensador, modulo evaporador, sistema eléctrico y sistema de control, que se encuentra empotrado e instalado en la unidad de patología Riobamba (cementerio general Riobamba). Traslado de la cámara frigorífica Nro. 01, incluido todos sus accesorios hasta la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (distancia aproximada de traslado 500m). Montaje e instalación de la cámara frigorífica Nro. 01 incluido paneles modulares, módulo 	1	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 2 de 5

	<p>condensador, modulo evaporador, sistema eléctrico y sistemas de control de la cámaras en la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (área de contaminados).</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimiento correctivo de la cámara frigorífica Nro.01, que se encuentra sin funcionamiento debido a problemas presentados en el evaporador, ventiladores y válvula de expansión que se encuentran averiados y se necesita reemplazarlos. Revisión de fallas ocultas presentes en el sistema de refrigeración. Puesta en óptimo modo de funcionamiento la cámara frigoríficas Nro. 01 Nota: Esta cámara frigorífica no se encuentra operativa. 		
<p>Cámara de conservación de cadáveres Nro.: 02.</p> <p>Serie: 18G021007584J6301 1212. Modelo: CAJN2428Z BR.</p>	<p>Trabajos a realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de la cámara frigorífica Nro. 02 incluido paneles modulares (ancho: 1.10cm, alto: 2.30cm, fondo: 2.40 cm), modulo condensador, modulo evaporador, sistema eléctrico y sistema de control, que se encuentra empotrado e instalado en la unidad de patología Riobamba (cementerio general Riobamba). Traslado de la cámara frigorífica Nro. 02, incluido todos sus accesorios hasta la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (distancia aproximada de traslado 800m). Montaje e instalación de la cámara frigorífica Nro. 02 incluido paneles modulares, módulo condensador, modulo evaporador, sistema eléctrico y sistemas de control de la cámaras en la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (área de no contaminados). Realizar mantenimiento preventivo de la cámara frigorífica Nro.02. Puesta en óptimo funcionamiento las cámaras frigoríficas Nro. 02. Nota: Esta cámara frigorífica se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. 	1	
<p>Mesas de autopsia</p>	<p>Trabajos a realizar:</p>	2	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 3 de 5

<p>Serie:09756/09761</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de 2 mesas de autopsia que se encuentran empotradas e instaladas en la unidad de patología Riobamba (cementerio general Riobamba), incluido desmontaje de todos sus accesorios de conexión eléctrica, agua potable y aguas servidas. Traslado de 2 mesas de autopsia y todos sus accesorios hasta la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (longitud aproximada de traslado 800m). Montaje e instalación de las 2 mesas de autopsia, incluye instalación de todos sus accesorios y conexiones eléctricas necesarias en la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba. Realizar trabajos de mantenimiento preventivos básicos de las 2 mesas de autopsia. Puesta en óptimo modo de funcionamiento las 2 mesas de autopsia. 		
<p>Lámparas cielíticas Modelo: PLM Series</p>	<p>Trabajos a Realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de 2 lámparas cielíticas que se encuentran empotradas e instaladas en el tumbado en la unidad de patología Riobamba (cementerio general Riobamba). Traslado de 2 lámparas cielíticas hasta la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (distancia aproximada de traslado 800 metros). Montaje e instalaciones eléctricas necesarias para 2 lámparas cielíticas, la instalación debe realizarse desde el tumbado de la nueva edificación del Centro forense Zonal Riobamba. Realizar trabajos de mantenimiento preventivo básico de las 2 lámparas cielíticas. Puesta en óptimo funcionamiento de las 2 lámparas cielíticas. 	2	
<p>Fregadero quirúrgico Serie: 33358912</p>	<p>Trabajos a realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de fregadero quirúrgico que se encuentra empotrado en la unidad de patología Riobamba (cementerio general Riobamba). Traslado de fregadero quirúrgico con todos sus accesorios hasta la nueva edificación 	1	

DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 4 de 5

	<p>Centro Forense Zonal Riobamba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaje de fregadero quirúrgico con todos sus accesorios en la nueva edificación del Centro Forense Zonal Riobamba (distancia aproximada de traslado 800 metros). • Realizar mantenimiento preventivo básico del fregadero quirúrgico. • Puesta en óptimo funcionamiento del fregadero quirúrgico. 		
--	--	--	--

INFORMACIÓN DE CONTACTO

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Ing. Jaime Haro
TELÉFONO DE CONTACTO:	0994014634
CORREOS ELECTRÓNICOS PARA ENVÍO DE PROFORMAS:	<p>Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portal de compras públicas. <p>Correos electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compraspublicas@cienciasforenses.gob.ec. • snmlcf.proformas@gmail.com. • snmlcf.proformas@outlook.com. <p>Físicamente en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Planta Central Quito, ubicado en la Av. Mariana de Jesús 21-30 y Av. Occidental (cuarto piso).</p>

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, hasta el **17 de agosto del 2023 a las 17h00**.

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contener la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. OCCIDENTAL).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios a contratar (la descripción debe corresponder a las características del servicio requerido por la entidad contratante), cantidad, precio unitario y valor total.
- Plazo de entrega: 20 días plazo

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 1.0

Fecha: 11/07/2022

Página 5 de 5

- Forma de pago: contra entrega
- Vigencia de la oferta: 90 días.
- Datos del proveedor (números de contacto, dirección, correo electrónico).
- Firma o sello del proveedor.
- **En la descripción de la proforma debe constar el CPC de la contratación tal como consta en el presente documento.**

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC.

Elaborado por:

Ing. Jaime Haro

Analista de Mantenimiento

Aprobado por:

Msc. Alejandra Pérez

Coordinadora Técnica de Servicios de Medicina Legal