



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

**INFORME DE GENERACIÓN DE NECESIDAD
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2020

Versión: 3.1 | Fecha: 08/08/2025

Página 1 de 5

DATOS GENERALES	
NÚMERO:	CTSML-2025-0023
ENTIDAD CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	Repotenciación y puesta en marcha de los equipos de rayos X de Imagenología Forense del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional
CPC A NIVEL 9:	873500012
DESCRIPCIÓN DEL CPC:	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
ÓRGANO ADMINISTRATIVO REQUIRENTE:	COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE MEDICINA LEGAL
FECHA:	05/11/2025

DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA									
TIPO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS									
EQUIPO A INTERVENIR	MARCA	MODELO	SERIE	EQUIPO PERTENECE AL SERVICIO	CÓDIGO DEL BIEN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ÍTEM (Descripción detallada de los servicios a realizar)	LUGAR DE ENTREGA
EQUIPO DE RAYOS X	SIEMENS	POLYMOVIL PLUS 10187800	22030	SI	24422738	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas. Revisión y ajustes de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas.	CENTRO FORENSE ZONAL 3 - AMBATO PARQUE INDUSTRIAL,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

**INFORME DE GENERACIÓN DE NECESIDAD
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2020

Versión: 3.1 | **Fecha:** 08/08/2025

Página 2 de 5

DIGITALIZADOR DE IMÁGENES	FUJIFILM	CR IR 392	27111192	SI	24422707	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	SECTOR EL PISQUE, BARRIO AMAZONAS, AV. 4 Y CALLE F. ANTES DEL CAMAL DEL GAD-AMBATO, CANTÓN AMBATO.
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	
								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	
IMPRESORA RX	FUJIFILM	DRYPIX6000	36620835	SI	24557716	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	CENTRO FORENSE ZONAL 6 - CUENCA AV. GENERAL ESCANDÓN, QUINTA BALSA, ATRÁS DEL ESTADIO DE LA LIGA, CANTÓN CUENCA.
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	
								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	
SISTEMA DE RAYOS X DE DIGITALIZACIÓN DIRECTA	BMI	JOLLY - PLUS	JPRD14/1106	SI	24422800	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	CENTRO FORENSE ZONAL 6 - CUENCA AV. GENERAL ESCANDÓN, QUINTA BALSA, ATRÁS DEL ESTADIO DE LA LIGA, CANTÓN CUENCA.
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	
								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	
								Revisión y ajuste de Flat Panel detector.	
								Revisión y ajustes sincronización entre Rx y Flat panel.	
IMPRESORA RX	FUJIFILM	DRY PIX	37122463	SI	24557765	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	CENTRO FORENSE ZONAL 5 Y 8 - GUAYAQUIL
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	
								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	
EQUIPO DE RX	BMI	JOLLY - PLUS	JPRD14/1107	SI	24423261	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	CENTRO FORENSE ZONAL 5 Y 8 - GUAYAQUIL
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	
								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	
DIGITALIZADOR DE IMÁGENES	FUJIFILM	CR IR 392	36260892	SI	24423541	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas.	AV. RODRÍGUEZ BONÍN Y AV. BARCELONA,
								Revisión y ajustes de partes mecánicas.	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Servicio Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

INFORME DE GENERACIÓN DE NECESIDAD
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2020

Versión: 3.1 | Fecha: 08/08/2025

Página 3 de 5

								Revisión y ajustes de partes electrónicas.	JUNTO A LA PJ. SUR DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EQUIPO DE RAYOS X	LANDWIND	MB511900002	DR200MATE	SI	24421873	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas. Revisión y ajustes de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas. Revisión y ajuste de Flat Panel detector. Revisión y ajustes sincronización entre Rx y Flat panel.	SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL - PLANTA CENTRAL QUITO AV. MARIANA DE JESÚS Y AV. OCCIDENTAL. SECTOR LA GRANJA, CANTÓN QUITO.
Repuesto: Flat Panel detector inalámbrico dimensiones 17x17 (Incluir una batería extra).						1	U		
EQUIPO DE RX	BMI	JOLLY - PLUS	JPRD14/1104	SI	24423116	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas. Revisión y ajustes de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas.	OFICINA TÉCNICA FORENSE - SANTO DOMINGO
DIGITALIZADOR DE IMÁGENES	DIGIRAY	FIRE CR SPARK	98809466040313	SI	39694398	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas. Revisión y ajustes de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas.	AV. RÍO TOACHI Y CATACOCHA. SECTOR ECU 911, CANTÓN SANTO DOMINGO.
IMPRESORA RX	FUJIFILM	DRYPIX6000	36620829	SI	24558210	1	U	Revisión y ajustes de partes eléctricas. Revisión y ajustes de partes mecánicas. Revisión y ajustes de partes electrónicas.	

**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.1 Fecha: 08/08/2025

Página 4 de 5

NOTA:

- El servicio debe incluir cambio e instalación de repuestos.
- El servicio debe incluir repuestos, accesorios y materiales, necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.
- El contratista deberá contar con un gestor ambiental, el cual se encargará del manejo y disposición final de los repuestos y/o materiales reemplazados considerados como contaminantes.

GARANTÍA TÉCNICA	TIPO		TIEMPO
	MANO DE OBRA	REPUESTOS	
	X	X	12 meses en repuestos y 9 meses en mano de obra

La garantía técnica que se debe presentar es de doce (12) meses sobre los repuestos instalados, así como nueve (9) meses en la mano de obra correspondiente a los trabajos realizados, la cual tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción del acta entrega recepción definitiva.

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Lcdo. Polo Lenin Bravo Avila
TELÉFONO DE CONTACTO:	0983156676
ENVÍO PROFORMAS:	Las proformas se podrán presentar a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none">• Portal de compras públicas.

Con base en la descripción de la necesidad institucional detallada, se solicita la presentación de proformas para la provisión del servicio, **hasta el jueves 06 de noviembre 2025 a las 17h00 pm.**

Requisitos de la proforma:

La proforma debe de forma obligatoria contender la siguiente información:

- Fecha de emisión.
- Número de proforma.
- Destinatario de la proforma (**SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES RUC: 1768187190001 DIRECCIÓN: AV. MARIANA DE JESÚS 21 - 30 y AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE**).
- Ruc del proveedor.
- Descripción de los servicios a contratar (**se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual el servicio denominado ítem que conforma la contratación, la**



**DETALLE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Código: SNMLCF-CGAF-FOR-002-2022

Versión: 2.1 Fecha: 08/08/2025

Página 5 de 5

cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem, según corresponda).

- Plazo de entrega: 10 días calendario
- Forma de pago: 100% contraentrega
- Vigencia de la oferta: 90 días.
- Garantía: 12 meses en repuestos y 9 meses en mano de obra
- Datos del proveedor (**números de contacto, dirección, correo electrónico**).
- Firma o sello del proveedor.

Documentos que debe adjuntar a la proforma:

- Copia de RUC con código QR.
- Copia de RUP con firma electrónica del proveedor.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Elaborado técnico por:
Licdo. Polo Lenin Bravo Avila
Técnico en Radiología Forense
Certificación de Operadores SNCP No.
SERCOP-f3nGFQ6Sm1
Vigencia: 13-09-2025 al 13-09-2027

Revisado administrativo por:
Ing. Mayra Cristina Escobar
Analista Ambiental
Certificación de Operadores SNCP No. SERCOP-
xzBpxQ0CkG
vigencia: 23-08-2025 al 23-08-2027

FIRMA DE APROBACIÓN:

Mgs. Alejandra Patricia Pérez Menéndez
Coordinadora Técnica de Servicios de Medicina Legal
Certificación de Operadores SNCP No. SERCOP- GAcc3G0XtY
Vigencia: 09-08-2025 al 09-08-2027